



Број: 500-1378-2/21

Датум: 11.03.2021. године

На основу члана 28. Статута ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, члана 64. став (1) под б) и члана 70. став (3) Закона о јавним набавкама и препоруке Комисије за јавне набавке, утврђене записником број: 500-1378-1/21 од 11.03.2021. године, директор дана 11.03.2021. године доноси *слједећу*

ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача

Додјељујем уговор у поступку јавне набавке „Тестова на присуство антигена вируса SARS CoV-2“ за потребе Здравствених установа у Републици Српској, број: 500-1007-4/21 понуђачима:

1. Понуђачу „АКО МЕД“ д.о.о., Младена Стојановића 43, 78000 Бања Лука за;
ЛОТ 1 Сет за прикупљање узорка и тестирање на присуство антигена вируса SARS CoV-2 (Covid-19) са китом који испуњава биобезбједносне стандарде - укупна цијена без ПДВ-а износи 208.825,00 КМ;
2. Понуђачу „СЕЕ-MED“ д.о.о., Гаровци бб, 71240 Хаџићи-Сарајево за;
ЛОТ 2 Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача - укупна цијена без ПДВ-а износи 95.370,00 КМ.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Одлуке директора о покретању поступка набавке број: 500-1007-2/21 од 09.02.2021. године, услова из Тендерске документације број: 500-1007-4/21 и Обавјештења о набавци број: 390-1-1-114-3-29/21, проведен је отворени поступак јавне набавке „Тестова на присуство антигена вируса SARS CoV-2“ за потребе Здравствених установа у Републици Српској, а у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Рок за достављање понуда утврђен за 24.02.2021. године до 12,00 сати. Након истека рока за достављање понуда Комисија за јавне набавке, именована рјешењем број: 500-1007-3/21 од 09.02.2021. године, извршила је јавно отварање понуда, што је констатовано у записнику са јавног отварања понуда број: 500-1378/21 од 24.02.2021. године. Цијенећи наведено Комисија за јавне набавке је наконведеног јавног отварања понуда приступила анализи документације приложене уз понуде у смислу провјере њене валидности, обзиром на исказане захтјеве Уговорног органа у Тендерској документацији, а у складу са процедурама и правилима утврђених Тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама БиХ, односно припадајућим подзаконским актима.

Комисија констатује да је у предвиђеном року понуду доставило дванаест понуђача и то:

1. Понуђач „Семикем“ д.о.о., Омладинска 44, 71320 Вогошћа-Сарајево, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 190.000,00 КМ;

2. Понуђач „**IDS-Здрава средина**“ д.о.о., **Теразије бб, 71000 Сарајево**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 75.525,00 КМ;

3. Понуђач „**Фармавита**“ д.о.о., **Игманска 5а, 71320 Вогошћа**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 190.475,00 КМ;

4. Понуђач „**СпектроЛаб**“ д.о.о., **Пиланска 3, 78000 Бања Лука**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 190.475,00 КМ;

5. Понуђач „**СЕЕ-MED**“ д.о.о., **Гаровци бб, 71240 Хаџићи-Сарајево**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 190.000,00 КМ;

6. Понуђач „**АКО МЕД**“ д.о.о., **Младена Стојановића 43, 78000 Бања Лука**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 1** Сет за прикупљање узорка и тестирање на присуство антигена вируса SARS CoV-2 (Covid-19) са китом који испуњава биобезбједносне стандарде;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 208.825,00 КМ;

7. Понуђач „**Бањалукафарм-плус**“ д.о.о., **Симе Миљуша бб, 78000 Бања Лука**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 190.475,00 КМ;

8. Понуђач „**Биосистеми**“ д.о.о., **Дајанли Ибрахим бега 16, 71000 Сарајево**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 133.000,00 КМ;

9. Понуђач „**Medichem**“ д.о.о., **Бугојанска 12, 71000 Сарајево**, доставио је понуду како слиједи:

- **ЛОТ 2** Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;

- укупна цијена без ПДВ-а износи 189.050,00 КМ;

10. Понуђач „SHIMADZU“ д.о.о., Тешањска 7, 71000 Сарајево, доставио је понуду како слиједи:
- ЛОТ 2 Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;
- укупна цијена без ПДВ-а износи 190.000,00 КМ;
11. Понуђач „Брома бел“ д.о.о., Бранка Поповића 39, 78000 Бања Лука, доставио је понуду како слиједи:
- ЛОТ 2 Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;
- укупна цијена без ПДВ-а износи 95.000,00 КМ;
12. Понуђач „Интерпромет“ д.о.о., Кулска обала 66, 79220 Нови Град, доставио је понуду како слиједи:
- ЛОТ 2 Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача;
- укупна цијена без ПДВ-а износи 212.705,00 КМ.

Комисија је увидом у понуде понуђача „Семикем“ д.о.о., „IDS-Здрава средина“ д.о.о., „СпектроЛаб“ д.о.о., „Бањалукафарм-плус“ д.о.о., „Биосистеми“ д.о.о., „Medichem“ д.о.о., „SHIMADZU“ д.о.о., „Брома бел“ д.о.о., „Интерпромет“ д.о.о., утврдила да не испуњавају све формално правне, економске и техничке услове, односно да њихове понуде нису прихватљиве за Уговорни орган и да не могу бити предмет вредновања у складу са Тендерском документацијом и утврђеним критеријумима у Обавјештењу о набавци.

Образложење:

Понуда понуђача „Семикем“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду тестова произвођача CERTEST за детекцију антитијела вируса SARS-CoV-2, како је наведено на насловној страни понуде. У тендерској документацији тражено је: Тест на присуство антигена вируса SARS-CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофаринкса и орофаринкса. Понуђач такође није доставио Изјаву понуђача да ће рок трајања теста на дан испоруке бити најмање двије трећине (2/3) од укупног рока трајања, а која је тражена у тачки 5.2.2. Тендерске документације.

Понуда понуђача „IDS-Здрава средина“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду за антигенске тестове произвођача ONCOSEM, из чије је достављене документације видљиво да тест не посједује филтер капицу за бочицу за узорак, те због тога не задовољава тражене карактеристике. Нема података да ли посједује у индивидуалном паковању средство за одржавање сувоће са маркерима за контролу влажности. Понуђач такође није доставио оригинал или овјерену копију ауторизације произвођача робе којом се доказује да је понуђач овлаштени представник произвођача за територију БиХ, а која је тражена у тачки 5.2.2. Тендерске документације.

Понуда понуђача „СпектроЛаб“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач понудио антигенске тестове произвођача RapiGEN, Biocredit COVID-19, из чије је достављене документације видљиво да тест не посједује филтер капицу за бочицу за узорак, те због тога не задовољава тражене карактеристике. Нема података да ли посједује у индивидуалном паковању средство за одржавање сувоће са маркерима за контролу влажности.

Понуда понуђача „Бањалукафарм-плус“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду за тестове произвођача JOYSBIO, Tianjin, China, из чије је достављене документације видљиво да су тестови намијењени за детекцију антигена из бриса носа, а не назофаринкса, те стога не задовољавају тражене карактеристике. Поред тога, из достављене документације је видљиво да тест не посједује филтер капицу за бочицу за узорак, те због тога не задовољава тражене карактеристике. Нема података да ли посједује у индивидуалном паковању средство за одржавање сувоће са маркерима за контролу влажности.

Понуда понуђача „Биосистеми“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду за тестове произвођача NADAL Diagnostics, Germany, из чије је достављене документације видљиво да тест не посједује филтер капицу за бочицу за узорак, те због тога не задовољава тражене карактеристике. Нема података да ли посједује у индивидуалном паковању средство за одржавање сувоће са маркерима за контролу влажности. Понуђач такође није доставио оригинал или овјерену копију ауторизације произвођача робе којом се доказује да је понуђач овлаштени представник произвођача за територију БиХ, а која је тражена у тачки 5.2.2. Тендерске документације.

Понуда понуђача „Medichem“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду за тестове произвођача Prestige Diagnostics UK, из чије је достављене документације видљиво да тест не посједује филтер капицу за бочицу за узорак, те због тога не задовољава тражене карактеристике. Нема података да ли посједује у индивидуалном паковању средство за одржавање сувоће са маркерима за контролу влажности.

Понуда понуђача „SHIMADZU“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду за тестове произвођача LabSystems Diagnostics, Финска, из чије је достављене документације видљиво да је тест намијењен за детекцију антитијела IgM/IgG из узорака крви, плазме и серума. Такође понуђач није доставио оригинал или овјерену копију Изјаве из члана 45. Закона (АНЕКС 3) а која је тражена у тачки 4.1.2. ТД, оригинал или овјерену копију Изјаве у вези члана 52. Закона (АНЕКС 4) а која је тражена у тачки 4.2.4. ТД, оригинал или овјерене копије докумената којима се доказује способност за обављање професионалне дјелатности, а који су тражени у тачки 4.2. ТД и оригинал или овјерену копију Рјешења Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ о регистрацији понуђене робе а које је Уговорни орган тражио у тачки 5.2.2. ТД.

Понуда понуђача „Брома бел“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду за тестове произвођача NG Biotech SAS, Француска, из чије је достављене документације видљиво да тест не посједује филтер капицу за бочицу за узорак, те због тога не задовољава тражене карактеристике. Нема података да ли посједује у индивидуалном паковању средство за одржавање сувоће са маркерима за контролу влажности.

Понуда понуђача „Интерпромет“ д.о.о. није прихватљива из разлога што је понуђач доставио понуду за тестове произвођача Hangzhou ALLTEST, Biotech. China, из чије је достављене документације видљиво да тест не посједује филтер капицу за бочицу за узорак, те због тога не задовољава тражене карактеристике. Нема података да ли посједује у индивидуалном паковању средство за одржавање сувоће са маркерима за контролу влажности.

Комисија је увидом у понуде понуђача „Фармавита“ д.о.о., „СЕЕ-MED“ д.о.о. и „АКО МЕД“ д.о.о. утврдила да понуде испуњавају све формално правне, економске и техничке услове, односно да су њихове понуде прихватљиве за Уговорни орган и да могу бити предмет вредновања у складу са Тендерском документацијом и утврђеним критеријумима у обавјештењу о набавци.

Преглед квалификационе документације је извршен како је назначено у табели:

Документи као услов за учешће у поступку јавне набавке	„Семикем“ Д.о.о.	„IDS-Здрава средина“ Д.о.о.	„Фармавита“ Д.о.о.	„Спектро Лаб“ Д.о.о.	„СЕЕ-МЕД“ Д.о.о.	„АКО МЕД“ Д.о.о.	„Бањалука фарм-плус“ Д.о.о.	„Биосистеми“ Д.о.о.	„Medichem“ Д.о.о.	„SHIMADZU“ Д.о.о.	„Брома бел“ Д.о.о.	„Интерпромет“ Д.о.о.
Образац за понуду (Анекс 1)	стр. 5-7	стр. 7-9	стр. 5-7	стр. 1-2	стр. 4-5	стр. 2-3	стр. 3-5	стр. 3-4	стр. 4-5	стр. 3-4	стр. 1-2	стр. 7-9
Образац за цијену понуде (Анекс 2)	стр. 9	стр. 11	стр. 9	стр. 3	стр. 7	стр. 6	стр. 9	стр. 5	стр. 6	стр. 7	стр. 4	стр. 13
Изјава из члана 45. Закона (Анекс 3)	стр. 11	стр. 13-14	стр. 11-12	стр. 4	стр. 8-9	стр. 7-8	стр. 11	стр. 7	стр. 7	стр. 8 (изјава достављена као неовјерена копија)	стр. 9	стр. 15
Документи у сврху доказивања члана 45. Закона	стр. 13-18, 45-52	/	/	/	/	стр. 9-20	/	стр. 8-19	стр. 8-12	/	стр. 10-19	стр. 17-25
Изјава у вези члана 52. Закона (Анекс 4)	стр. 23	стр. 15-16	стр. 23-24	стр. 5	стр. 10-11	стр. 21-22	стр. 13	стр. 20	стр. 13	стр. 9 (изјава достављена као неовјерена копија)	стр. 46	стр. 27
Списак повјерљивих информација (Анекс 5)	стр. 25	стр. 105	стр. 87	стр. 28	стр. 54	стр. 66	стр. 15	стр. 103	стр. 35	стр. 10	стр. 52	стр. 87
Нацрт Уговора (Анекс 6)	стр. 27	стр. 99	стр. 85	стр. 29	стр. 53	стр. 67	стр. 17	стр. 102	стр. 34	стр. 11	стр. 53	стр. 85
Актуелни извод из судок регистра члан 46. Закона	стр. 41-44	стр. 17-22	стр. 13-18	стр. 6-8	стр. 12-15	стр. 23-26	стр. 25-28	стр. 21-24	стр. 14-16	стр. 12-14 (извод достављен као неовјерена копија)	стр. 20-23	стр. 29-38
Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ којим се одобрава понуђачу вршење промета медицинским средствима	стр. 53-54	стр. 23-28	стр. 19-22	стр. 9	стр. 16-19	стр. 27-30	стр. 29-32	стр. 27-28	стр. 17	стр. 15-16 (Рјешење достављено као неовјерена копија)	стр. 24-25	стр. 39-42

Рјешење Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ о регистрацији и регистрацији понуђене робе	стр. 79--80	стр. 97-98	стр. 25-26	стр. 10-10а	стр. 20-21	стр. 31-42	стр. 37-38	стр. 29-30	стр. 18-19	стр. 17-18 (Рјешење достављено као неовјерена копија)	стр. 26-27	стр. 43-44
Изјава понуђача да ће на захтјев Уговорног органа у току поступка евалуације понуда доставити узорке понуђене робе	стр. 71-72	стр. 29	стр. 27	стр. 11	стр. 22	стр. 43	стр. 19	стр. 31	стр. 36	стр. 19	стр. 47	стр. 47
Изјава понуђача да ће рок трајања теста на дан испоруке бити најмање двије трећине (2/3) од укупног рока трајања	- није достављена	стр. 31	стр. 29	стр. 12	стр. 23	стр. 44	стр. 21	стр. 32	стр. 20	стр. 20	стр. 48	стр. 49
Документ о усаглашености Declaration of Conformity (DoC)	стр. 81-82	стр. 43	стр. 33-35	стр. 13	стр. 24-25	стр. 45-48	стр. 39	стр. 33	стр. 21	стр. 22-23	стр. 31-36	стр. 51
Технички лист производа	стр. 83-90	стр. 53-87	стр. 41-45	стр. 14-20	стр. 28-35	стр. 49-55	стр. 41-45	стр. 34-72	стр. 28	стр. 24-28	стр. 37-40	стр. 59-67
Упутство за употребу	стр. 91-93	стр. 45-51	стр. 47-71	стр. 21-24	стр. 36-48	стр. 56-58	стр. 47-57	стр. 73-82	стр. 29-30	стр. 29-31	стр. 43-45	стр. 75-77
Ауторизација произвођача робе којом се доказује да је понуђач овлаштени представник произвођача за територију БиХ	стр. 95	стр. 41 (ауторизација достављена као неовјерена копија)	стр. 75-81	стр. 26	стр. 51	стр. 61	стр. 33-35	стр. 99-100 (ауторизација достављена као неовјерена копија)	стр. 32	стр. 32	стр. 28-29	стр. 79
Изјава о достављању гаранције за добро извршење Уговора	стр. 75-78	- није достављена	стр. 83	стр. 27	стр. 52	стр. 65	стр. 23	стр. 101	стр. 33	стр. 21	стр. 49	стр. 83

У овом поступку јавне набавке предвиђено је провођење е-аукције у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције ("Службени гласник БиХ» бр. 66/16).

У складу са чланом 3., став (3) наведеног правилника, е-аукција за ЛОТ 1 се не може заказати с обзиром да је примљена једна прихватљива понуда.

Након што је Комисија извршила преглед и оцјену понуда за ЛОТ 2, све прихватљиве понуде су унесене у систем е-аукције на Порталу јавних набавки. Е-аукција је заказана за 09.03.2021. године.

Након проведене е-аукције за ЛОТ 2, а у складу са критеријумом за додјелу уговора „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, понуђене у поступку е-аукције, Комисија је формирала ранг листу најповољнијих понуђача (табеларни преглед), како слиједи:

Ранг листа понуђача за ЛОТ 2

Ранг понуђача	Назив понуђача	Назив произвођача	Укупан износ након е-аукције
1	„СЕЕ-MED“ д.о.о.	SD Biosensor Inc. Korea	95.370,00 КМ
2	„Фармавита“ д.о.о.	SD Biosensor Inc. Korea	95.560,00 КМ

Полазећи од горе наведених констатација и утврђене ранг листе, Комисија, сходно утврђеном критеријуму „најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, и на основу члана 64. став 1. под б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине једногласно даје препоруку директору Уговорног органа да донесе *слиједеће*:

1. Одлуку о додјели уговора понуђачу „АКО МЕД“ д.о.о. Бања Лука за износ наведен у слиједећој табели:

ЛОТ 1 - Сет за прикупљање узорка и тестирање на присуство антигена вируса SARS CoV-2 (Covid-19) са китом који испуњава биобезбједносне стандарде		
Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна вриједност без ПДВ-а
1	„АКО МЕД“ д.о.о.	208.825,00 КМ

2. Одлуку о додјели уговора понуђачу „СЕЕ-MED“ д.о.о. Хаџићи-Сарајево за износ наведен у слиједећој табели:

ЛОТ 2 - Тест на присуство антигена вируса SARS CoV-2 на касети за узорке прикупљене из назофарингса и орофарингса, хроматографски са визуелним читавањем теста без употребе читача		
Ранг понуђача	Назив понуђача	Укупна вриједност без ПДВ-а
1	„СЕЕ-MED“ д.о.о.	95.370,00 КМ

Сходно горе изложеном директор Уговорног органа је одлучио као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан Уговор о јавној набавци и који сматра да је наручилац (Уговорни орган) у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци и подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној форми најкасније 10 (десет) дана од дана пријема обавјештења о резултату поступка јавне набавке. Жалба се подноси Уговорном органу у писаној форми.

ДОСТАВЉЕНО:

- Свим учесницима у поступку набавке x12
- Самосталном референту набавке
- А/а

Бранислав Зељковић, магистар фармације



